＊＊2010年3月 8 日改訂（第 7 版）
＊2008年8月18日改訂（第 6 版）

製　品　番　号	5977
医療機器承認番号	20500BZY00134000

類別：器49. 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般的名称：単回使用自動ランセット　　JMDNコード：37243002
管理医療機器

販売名：ピンレッター

【禁忌・禁止】
ピンレッターランセット（採血針）のみ再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



［作動・動作原理］
ランセットホルダーはバネ式になっておりトリガーボタンを押すことにより瞬時にランセット一体型キャップ内部のランセットが皮膚を穿刺する。

【使用目的、効能又は効果】
毛細管血の採血に使用する。
ランセットは滅菌済みであり、直ちに使用でき、一回限りの使用で捨てる。

【操作方法又は使用方法等】
①ピンレッターのランセットホルダーを「カチッ」という音がして自動ロックされる位置まで押し込む。
②ピンレッターランセット（ランセット一体型キャップ）をピンレッターのキャップ装着部にしっかりと押し込む。
③ランセットのランセットカバーをねじり取り針先を露出させる。ランセットのランセットカバーをねじり取った後は、速やかに使用すること。
④採血部位（指頭、耳朶または足蹠）を取扱操作説明書に従って消毒し清拭する。
⑤ランセット一体型キャップの先端開口部を軽く採血部位に押し当てる。
⑥トリガーボタンを押す。ランセットの針先は瞬間的に採血部位を穿刺したのち、直ちにランセット一体型キャップの内部まで後退する。
⑦穿刺部位より取扱操作説明書に従って採血する。出血させるためしごく手が穿刺部位に触れてはならない。
⑧ピンレッターランセットは、穿刺毎に取り替えること。なお、使用済みのピンレッターランセットは、各施設又は地方自治体の所定の手順に従って廃棄すること。

＊＊【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
①包装が破損、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
②ピンレッターランセットはピンレッター以外には使用しないこと。
③ピンレッターランセットは滅菌品である。感染の危険があるので再使用しないこと。
④耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。［組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。］
2．その他の注意
①血糖自己測定は必ず医師の指導に従って実施すること。
②ピンレッターが故障した場合は直ちに使用を中止し、医療機関または弊社まで連絡すること。
③ピンレッターは取扱操作説明書に従って清掃すること。
④採血前に採血部位を洗浄・消毒すること。
⑤ランセットカバーを外す際や装着時には、針刺し事故が生じないよう慎重に行うこと。
⑥ピンレッター本体などに血液が付着した場合には取扱操作説明書の方法に従って清掃し、各施設で採用している感染防止手順に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
小児の手の届かないところに保管する。

【包　装】
ピンレッター穿刺器　　1個
ピンレッターランセット（採血針）　2個

【文献請求先・問い合わせ先】
バイエル薬品株式会社　糖尿病検査お問い合わせコーナー
電話：0120-123119（フリーダイヤル）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田二丁目4番9号

外国製造業者名：スタージス モールデッド プロダクツ
（Sturgis Molded Products）
国名：米国

取扱説明書をよくお読みください

輸入
57044997